



纸面石膏板遇火稳定性 燃烧仪ZY6178



适用范围

适用于检验纸面石膏板遇火状态时的热稳定性。



符合标准

符合GB/T9775-2008《纸面石膏板》之6.1.13和6.5.15节的试验标准。



产品特点

具有操作简单、结构合理、测试精准的特点。



技术参数

- ◆ 供应电源：AC220V±10%/50HZ；功率：500W
- ◆ 试验气源：采用煤气或石油液化气（有条件的情况下建议选用气质较好的燃气）（客户自备）。
- ◆ 双燃烧器：喷火头直径（40±1）mm，喷火孔直径（2.5±0.1）mm，最高温度900℃，精度1级。
- ◆ 火焰供火时间：在0~99分99秒范围内调节，试验过程自动控制。
- ◆ 荷重（砝码）：7N、10N、12N、15N、17N、20N各1个共6个
- ◆ 外形尺寸：L882mm×W450mm×H1175mm

关于我们

东莞市中诺质检仪器设备有限公司创建于2000年，是一家专业设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业；经过全体同仁十多年的不懈努力，中诺已发展成为该行业规模最大、技术领先、品种众多、覆盖最广的中国知名企业；企业实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业管理模式，实行7S管理，引进先进的企业管理ERP系统；中诺于2008年通过ISO9001:2000版国际质量管理体系认证，先后申请具有自主知识产权的软件专利已达20余项，并参与了多个防火阻燃标准的起草工作。

联系我们

公司地址：中国广东省东莞市万江区流涌尾汾溪路第一工业园

公司电话：0769-89066618

传 真：0769-89066619

邮 箱：vivi@zonskysz.com

网 址：www.zonskysz.com

销售电话：欧阳薇薇 15820889098

热 线：400-882-3908

